



областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1"

Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gbl@bk.ru
сайт: angarsk-gbl.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

**ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1696**

«07» апреля 2022г.

Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере осуществления закупок отдельными видами юридических лиц, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница №1», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета автономного учреждения от 21.02.2022г. № 02-2022, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок 01.03.2022г. (далее – Положение о закупке).

Закупка 32211259642 от 28.03.2022г.
Наименование закупки: **Поставка автоматического промывающего устройства для медицинских планшетов**
Способ проведения закупки: Запрос котировок в электронной форме
Наименование электронной площадки в сети Интернет RTS-tender
Адрес электронной площадки в сети Интернет <https://www.rts-tender.ru/>
Заказчик
Наименование организации: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
Место нахождения: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
Проведение процедуры
Дата и время проведения процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок: 07.04.2022. 10:30 (местное время)
Место проведения процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок: г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Дата подписания протокола: 07.04.2022
Признание закупки несостоявшейся
Причина признания закупки несостоявшейся: Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка
Сведения о комиссии:
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок в электронной форме присутствуют:

Ф.И.О.	Должность	Статус
Председатель комиссии:		
И.А. Демко	Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Члены комиссии:		
Д.И. Гончарук	Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ	присутствует

	«Ангарская городская больница № 1»	
О.Д. Дроздова	Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Е.П. Барышникова	Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
И.В. Молева	Главная медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Секретарь комиссии:		
И.П. Пушница	Специалист по закупкам ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

Кворум
Комиссия

Имеется	V	не имеется	
правомочна	V	неправомочна	

Предмет договора Поставка автоматического промывающего устройства для медицинских планшетов

Начальная (максимальная) цена договора: 461 666 (четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, включая НДС

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Ангарск, ул. Горького, д.24, Поликлиника № 1.

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:

№ п/п	Наименование товара (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	НМЦ единицы Товара, руб.
1	Автоматическое промывающее устройства для медицинских планшетов: Устройство промывающее для планшетов автоматическое Код позиции КТРУ 26.60.12.119-00000269	шт	1	461 666,67

Характеристики товара:

№ п/п	Наименование параметра	Величина параметра	Примечание
1	Технические характеристики		
1.1	8-канальная моющая головка	Наличие	Для возможности использования для промывки стандартных разборных иммунологических планшетов, имеющих формат 12 стрипов по 8 лунок.
1.2	Аспирирующая система без герметизации, позволяющая работать с любыми емкостями для жидкостей	Наличие	Возможно использовать емкости для помывочного раствора и дезинфектантов разного формата.
1.3	Минимальный объем помывочного раствора, мкл	Не более 50	Для максимального расширения перечня используемых тест-систем.

1.4	Максимальный объем промывочного раствора, мкл	Не менее 1600	
1.5	Точность дозирования (CV), %	Не более 2,5	Для максимального расширения перечня используемых тест-систем.
1.6	Остаточный объем, мкл	Не более 2	Для максимального расширения перечня используемых тест-систем.
1.7	Возможность перекрестной аспирации	Наличие	Для максимального расширения перечня используемых тест-систем.
1.8	Количество каналов для промывочных растворов	Не менее 2	Для возможности использования тест-систем различных производителей одновременно.
1.9	Выбор количества промываемых стрипов	Наличие	Для возможности использования для промывки стандартных разборных иммунологических планшетов, имеющих формат 12 стрипов по 8 лунок.
1.10	Промывка лунок разной формы (с плоским, круглым)	Наличие	Для максимального расширения перечня используемых тест-систем.
1.11	Функция встряхивания планшета	Наличие	Для максимального расширения перечня используемых тест-систем.
1.12	Напряжение питающей сети, В		Обеспечение совместимости работы с имеющимся в лаборатории источником электроснабжения
113	Частота питающей сети, Гц		Обеспечение совместимости работы с имеющимся в лаборатории источником электроснабжения
2	Общие требования		
2.1	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие	
2.2	Сертификат соответствия ГОСТ РФ или справка ВНИИС о непринадлежности продукции к объектам обязательной сертификации	Наличие	
2.3	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие	
2.4	Срок гарантийного обслуживания	Не менее 12 месяцев	
2.5	Сервисная служба на территории РФ	Наличие	
2.6.	Срок поставки	в течение 10 рабочих дней	

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были зарегистрированы в порядке их поступления. К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлена 1 (одна) заявка.

Дата и время подачи заявки	Ценовое предложение	Участник закупки	Результат
05.04.2022 09:42 (по московскому времени)	461666,67 руб., НДС не предусмотрен в связи с применением УСН	ООО «Лаб-Центр», РФ, 664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 82/5, кв.15 ИНН 3811469053, КПП 380101001 ОГРН 1203800009380	заключить договор с единственным участником закупки

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме на поставку автоматического промывающего устройства для медицинских планшетов.

Принято решение:

1. Признать запрос котировок в электронной форме на поставку автоматического промывающего устройства для медицинских планшетов не состоявшимся, согласно пп. 18.17 Положения о закупках.
2. На основании пп. 18.19 Положения о закупках признать единственного участника и поданную им заявку соответствующим требованиям Извещения на проведение запроса котировок в электронной форме на поставку автоматического промывающего устройства для медицинских планшетов.
3. На основании пп 18.26, пп. 21.2 Положения о закупках заключить договор с единственным участником закупки на поставку автоматического промывающего устройства для медицинских планшетов с ООО «Лаб-Центр» по цене договора 461666,67 руб., НДС не предусмотрен в связи с применением УСН.

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Результаты голосования:

Ф.И.О. члена Единой комиссии	1 вопрос			2 вопрос			3 вопрос			Подпись
	за	против	воздержался	за	против	воздержался	за	против	воздержался	
Председатель комиссии:										
И.А. Демко	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Члены комиссии:										
Д.И. Гончарук	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
О.Д. Дроздова	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Е.П. Барышникова	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
И.В. Молева	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Секретарь комиссии:										
И.П. Пушница	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Всего голосов:	6	-	-	6	-	-	6	-	-	