



областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1"

Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gb1@bk.ru
сайт: angarsk-gb1.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

**ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1105**

«05» декабря 2018г.

Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1», утвержденным протоколом наблюдательного совета ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» от 15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).

Закупка

31807213217 от 28.11.2018г.

Наименование закупки:

Поставка запасных частей для медицинского оборудования

Способ проведения закупки:

Запрос котировок в электронной форме

Наименование электронной

площадки в сети Интернет

RTS-tender

Адрес электронной площадки

в сети Интернет

<https://www.rts-tender.ru/>

Заказчик

Наименование организации:

областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»

Место нахождения:

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24

Почтовый адрес:

665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

Проведение процедуры

Дата и время проведения

05.12.2018г. 11:30 (местное время)

процедуры рассмотрения и
оценки котировочных заявок:

Место проведения процедуры

рассмотрения и оценки

котировочных заявок:

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж

Дата подписания протокола:

05.12.2018

Сведения о комиссии:

На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок в электронной форме присутствуют:

| Ф.И.О. | Должность | Статус |
|-------------------------------|--|--------------|
| Председатель комиссии: | | |
| И.В. Кривовязый | Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» | присутствует |
| Члены комиссии: | | |
| Д.И. Гончарук | Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» | присутствует |
| Л.А. Чугунова | Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» | присутствует |
| Е.А. Маслакова | Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» | присутствует |
| И.В. Молева | Главная медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» | присутствует |
| Секретарь комиссии: | | |

| | | |
|--------------|--|--------------|
| И.П. Пушница | Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» | присутствует |
|--------------|--|--------------|

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.

Кворум
Комиссия

| | | | |
|------------|---|--------------|--|
| имеется | V | не имеется | |
| правомочна | V | неправомочна | |

Предмет договора

Предмет договора
Начальная
(максимальная)
цена договора:

Поставка запасных частей для медицинского оборудования
52 840 (пятьдесят две тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек, включая НДС

Срок поставки
товара,
выполнения работ,
оказания услуг

со дня заключения договора по 30 июня 2019 года по заявкам Заказчика

Место поставки
товара,
выполнения работ,
оказания услуг:

г. Ангарск, ул. Горького, д.24

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) | Характеристика товара | | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ единицы Товара, руб. |
|-------|------------------------------------|--|---------------------------|----------|--------|--------------------------|
| 1 | Пьезоэлемент к ИУТ 0,88-4,04ф | Относительная диэлектрическая проницаемость | 1600±200 | шт | 4 | 1010,00 |
| | | Пьезомодуль, Кл/н | 120×10-12 | | | |
| | | Резонансная частота, кГц | 880±3% | | | |
| | | Тангенс угла диэлектрических потерь, % | не более 0,5 | | | |
| | | Содержание серебра, г | 0,1841 | | | |
| | | Диаметр, мм | 25 | | | |
| | | Толщина, мм | 2,4 | | | |
| 2 | Излучатель ИУТ 0,88-4,04ф | Рабочая частота (МГц) | 0,88±0,03% | шт | 2 | 24400,00 |
| | | Ряд интенсивности ультразвука (Вт/см ²) | 1.0, 0.7, 0.4, 0.2, 0.05 | | | |
| | | Соответствующее напряжение электрических колебаний (В) | 14.6, 12.2, 9.2, 6.5, 3.3 | | | |
| | | Водонепроницаемость | до контрольной отметки | | | |
| | | Температурный диапазон эксплуатации (°С) | +10–+35 | | | |
| | | Относительная влажность при +25 °С | до 80% | | | |
| | | Излучатель обеспечивает работу в течение 6 часов в повторно-кратковременном режиме излучения | 15 минут перерыв | | | |
| | | Установленный срок службы, не менее (лет) | 3,5 | | | |
| | | Разъём подключения | CP-50 (BNC) | | | |

Котировочные заявки

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их

поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлена 1 (одна) заявка.

| Код участника | Наименование участника закупки | ИНН/КПП/ОГРН | Почтовый адрес | Цена договора, предложенная участником закупки, руб. |
|---------------|--------------------------------|--|---|--|
| 1 | ООО «АМС-КАМА-ТОРГ» | 59080750560/ 590801001/ 11759558001878 | Российская Федерация, 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Торговая, д.8А, кв.33 | 50 800,00 руб., НДС не облагается |

На повестке заседания Единой комиссии рассмотрение единственной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме на поставку запасных частей для медицинского оборудования.

Принято решение:

1. Признать запрос котировок в электронной форме на поставку запасных частей для медицинского оборудования не состоявшимся, согласно пп. 18¹.11. Положения о закупках.
2. На основании пп. 18¹.16.1 Положения признать единственным участником и поданную им заявку соответствующих требованиям документации на проведение запроса котировок в электронной форме на поставку запасных частей для медицинского оборудования.
3. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки на поставку запасных частей для медицинского оборудования с ООО «АМС-КАМА-ТОРГ» по цене договора не выше предложения участника: 50 800,00 руб., НДС не облагается.

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Результаты голосования:

| Ф.И.О. члена Единой комиссии | 1 вопрос | | | 2 вопрос | | | 3 вопрос | | | Подпись |
|-------------------------------|----------|--------|-------------|----------|--------|-------------|----------|--------|-------------|---|
| | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | |
| Председатель комиссии: | | | | | | | | | | |
| И.В. Кривовязый | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |  |
| Члены комиссии: | | | | | | | | | | |
| Д.И. Гончарук | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |  |
| Л.А. Чугунова | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |  |
| Е.А. Маслакова | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |  |
| И.В. Молева | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |  |
| Секретарь комиссии: | | | | | | | | | | |
| И.П. Пушница | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |  |
| Всего голосов: | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | |

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения единственной заявки запроса котировок
в электронной форме № 1105 от 05.12.2018г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

| № п/п | Входящий номер заявки | Дата поступления | Время поступления (время московское) | Код участника | Форма подачи заявки |
|----------|--------------------------|------------------|---|------------------|------------------------|
| 1 | 490181/1 | 04.12.2018 | 16:02 | 1 | электронная |